

Ústav hematologie a krevní transfuze  
**Kalibrační centrum ÚHKT při NRL pro DNA diagnostiku**  
 Vedoucí laboratoře: RNDr. Marie Dobrovolná  
 Laboratoř, akreditovaná ČIA,  
 registrovaná pod číslem 1345 (dle ČSN EN ISO/IEC 17025) a 8001 (dle ČSN EN ISO 15189).  
 Technický vedoucí laboratoře: Ing. Eva Otáhalová  
 U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2  
 tel: 221977484(307), fax: 221977371, e-mail: eva.otahalova@uhkt.cz

**Protokol o převzetí zkušební položky**

Požadavek: **Kalibrace jednakanálových pipet**

LABORATORNÍ ÚSEK: 8

**ZADAVATEL**

Razítko a podpis zodpovědné osoby:

Číslo oddělení:

Tel. linka:

ČÍSLO ZAKÁZKY	VÝROBNÍ ČÍSLO	VÝROBCE	TYP PIPETY	POUŽÍVANÉ ŠPIČKY	DEKONTA MINACE	SERVIS
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT

Datum dodání do laboratoře:

Položky převzal a přezkoumal dle Směrnice o přezkoumání objednávek:

Datum vydání z laboratoře:

Položky a kalibrační listy převzal a přezkoumal:

**NÁVOD K VYPLNĚNÍ:**

ZADAVATEL VYPLNÍ VŠECHNY TUČNĚ OHRANIČENÉ POLOŽKY. ZKUŠEBNÍ POLOŽKY S NEÚPLNĚ VYPLNĚNOU ŽÁDANKOU NEBUDOU PŘIJATY KE ZPRACOVÁNÍ V NRL PRO DNA DIAGNOSTIKU. V POLOŽCE "SERVIS" ZAŠKRTNĚTE, ZDA BYL PROVEDEN INTERNĚ (INT) V LABORATOŘI, NEBO EXTERNĚ SERVISNÍ FIRMOU (EXT).