

Ústav hematologie a krevní transfuze  
Kalibrační centrum ÚHKT při NRL pro DNA diagnostiku  
Vedoucí laboratoře: RNDr. Marie Dobrovolná  
Kalibrační laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025.  
<http://www.uhkt.cz/nrl/nrl-kc>  
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2  
Tel: 221977484, fax: 221977371

### *Protokol o převzetí zkušební položky*

Požadavek: **Kalibrace jednokanálových pipet**

**ZADAVATEL**

Razítko a podpis zodpovědné osoby:

Číslo oddělení:

Tel. linka:

ČÍSLO ZAKÁZKY	VÝROBNÍ ČÍSLO	VÝROBCE	TYP PIPETY	POUŽÍVANÉ ŠPIČKY	DEKONTA MINACE	SERVIS
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT
						INT EXT

Datum dodání do laboratoře:

Položky převzal a přezkoumal dle Příručky kvality:

Datum vydání z laboratoře:

Položky a kalibrační listy převzal a přezkoumal:

**NÁVOD K VYPLNĚNÍ:**

**ZADAVATEL VYPLNÍ VŠECHNY TUČNĚ OHRANIČENÉ POLOŽKY.** ZKUŠEBNÍ POLOŽKY S NEÚPLNĚ VYPLNĚNOU ŽÁDANKOU NEBUDOU PŘIJATY KE ZPRACOVÁNÍ V NRL PRO DNA DIAGNOSTIKU. V POLOŽCE "SERVIS" ZAŠKRTNĚTE, ZDA BYL PROVEDEN INTERNĚ (INT) V LABORATOŘI, NEBO EXTERNĚ SERVISNÍ FIRMOU (EXT).